

Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственная фирма «Костромская медтехника»
156000, г. Кострома, ул. Шагова, 48а, тел./факс +7 (4942) 45-33-45

Стул медицинский лабораторный СМТ марки «КМ-Магма»

ТУ 9452-008-32494920-2008

ПАСПОРТ



г. Кострома
2020 г.

Стул - табурет медицинский лабораторный СМТ - «КМ-Магма», предназначен для комплексного оснащения кабинетов, палат и лабораторий лечебно-профилактических учреждений здравоохранения.

Стул изготовлен в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1. Основные технические данные

- 1.1 Диаметр пятилучевого основания, мм.....580
- 1.2 Диаметр сиденья, мм.....370
- 1.3 Диапазон изменения высоты, мм..... от 430 до 580
- 1.4 Нагрузочная способность, не более, кг.....100
- 1.5 Средний срок службы стола-табурета, лет, не менее.....7

2. Устройство изделия

- 2.1. Стул - табурет медицинский обеспечивает возможность комфортного размещения медперсонала и пациентов при оснащении стерильных помещений, операционных, реанимационных, перевязочных, смотровых, процедурных отделений медицинских учреждений.
- 2.2. Все наружные детали (в том числе основание) изделия изготовлены из прочных металлоконструкций, покрытых порошковой эпоксидной краской, устойчивой к дезинфекции.
- 2.3. Стул - табурет медицинский имеет устойчивое основание снабженное колесными опорами (5 шт.) и сиденье, выполненное из пенополиуретана, кожаных заменителей.
- 2.4. Конструкция изделия имеет механизм регулирования высоты сиденья — газ-лифт.

3. Использование изделия

- 3.1. При эксплуатации стула следует избегать чрезмерных механических воздействий и повреждений покрытия.
- 3.2. Дезинфекцию мебели проводят в соответствии с МУ-287-113. Поверхности мебели обрабатывают дезинфицирующим средством, разрешенным к использованию на территории РФ, в соответствии с инструкцией по применению. После дезинфекции и мойки поверхность мебели вытирают насухо.

4. Сведения об упаковке

- 4.1. Стул - табурет медицинский упаковывается в соответствии с требованиями ТУ 9452-008-32494920-2008.
- 4.2. Эксплуатационная документация помещается во влагонепроницаемую упаковку.

5. Транспортирование, хранение, утилизация

- 5.1. Транспортирование стульев должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 5.3. Условия транспортирования стульев крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4. Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, в упакованном виде в вертикальном положении.
- 5.5. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
- 5.6. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.
- 5.7. Мебель медицинская, подлежит утилизации или уничтожению в случае: а) подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при её применении и эксплуатации; б) наступления предельного состояния изделия. Утилизация или уничтожение мебели медицинской осуществляется способами и методами, предусмотренными требованиями СанПиН 2.1.7.2790 к медицинским отходам класса А.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стульев требованиям ТУ 9452-008-32494920-2008 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 7 лет.
- 6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации, хранения и транспортирования;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя

7. Свидетельство о приеме

Стул - табурет медицинский СМТ - «КМ-Магма» изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 9452-008-32494920-2008, по результатам приемо-сдаточных испытаний соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 19917 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Контролер ОТК _____

Должность

Личная подпись

И.О.Ф.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03973 от 16 декабря 2015, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.ИМ25.В.00599/20 от 17.08.2020 срок действия: 17.08.2023 выдана Органом по сертификации «Энергия плюс» ООО «Энергия плюс».

Производитель: ООО НПФ «Костромская медтехника»

156000, г. Кострома, ул. Шагова, д.48А, тел/факс. /4942/45-33-45

Место производства: 156010, г. Кострома, ул. Магистральная, д.59