

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется организацией, вводящей изделие в эксплуатацию

Шкаф для медицинских изделий _____

обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

б) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____

число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф для медицинских изделий: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

Изделие изготовлено, упаковано и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 и признано годным для эксплуатации.

ООО Медицинская Компания «АСК»



ШКАФ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1)

Паспорт

ШК.00.00.2014.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024

Образец

Образец

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	4
2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	5
4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
5.	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13
6.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	16
7.	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	16
8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ	16

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Наименование изделия: Шкаф для медицинских изделий в вариантах исполнения: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1). Далее по тексту – изделие, шкаф. Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 в составе исполнений: набор мебели для медицинских кабинетов, набор мебели для медицинских палат медицинского изделия «Набор мебели для медицинских кабинетов и палат по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014». Регистрационное удостоверение РЗН 2024/23329 от 08.08.2024г.

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.


Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.

Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Специфичное назначение изделия:

Наименование изделия	Назначение
Шкаф для медицинских изделий: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1);	Предназначено для размещения и хранения медицинских расходных материалов, медицинского инструмента, медикаментов, медицинских приборов и аппаратов, необходимых для проведения медицинских осмотров и манипуляций в процедурных, перевязочных, операционных, смотровых, диагностических и терапевтических кабинетах, реанимационных палатах медицинских организаций



5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Срок службы.

Средний срок службы - 8 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

5.2 Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С.

5.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.3 Утилизация

5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а так же в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.

5.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПин 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

5.4 Гарантии изготовителя













5.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

5.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

5.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

Конструктивные особенности, изображение					
Шкаф для медицинских изделий					
					
ШК.14.03	ШК.14.03 (мод.1)	ШК.14.04	ШК.14.04 (мод.1)	ШК.14.05	ШК.14.05 (мод.1)
					
ШК.14.06	ШК.14.06 (мод.1)	ШК.14.07	ШК.14.07 (мод.1)	ШК.14.08	ШК.14.08 (мод.1)
					
ШК.14.14	ШК.14.14 (мод.1)	ШК.14.15	ШК.14.15 (мод.1)	ШК.14.16	ШК.14.16 (мод.1)

Наименование изделия	Назначение
ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1).	

2.4 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.5 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.6 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

- Шкаф для медицинских изделий в вариантах исполнения: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1).

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
- 3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.
- 3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.6 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке.
















4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ












- 4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг	Конструктивные особенности
Шкаф для медицинских изделий				
ШК.12.00	412×512×1380	50	ящик-5	Четыре выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.12.01	412×512×1380	53	ящик-5	Восемь выдвижных ящиков; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.12.02	412×512×1380	52	ящик-5	Шесть выдвижных ящиков; устанавливается на регулируемые опоры

Наименование, исполнение	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг	Конструктивные особенности
ШК.12.03	804×512×1380	90	ящик-5	Восемь выдвижных ящиков; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.12.04	804×512×1380	100	ящик-5	Двенадцать выдвижных ящиков; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.12.05	804×512×1380	88	ящик-5	Шестнадцать выдвижных ящиков; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.12.06	485×600×1310	54	ящик-5	Четыре выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.00	800×382×1860	45	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Полки; Две двери; полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.00 (мод.1)	800×382×2230	65	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Полки; Две двери; полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.01	800×382×1860	47	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две двери, полки; Две двери; полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.01 (мод.1)	800×382×2230	67	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две двери, полки; Две двери; полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.02	800×382×1860	53	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две двери, полки; Две двери; полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.02 (мод.1)	800×382×2230	73	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две двери, полки; Две двери; полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.03	800×382×1860	69	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Полки; восемь ящиков; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.03 (мод.1)	800×382×2230	89	горизонтальная перегородка-20; ящик-5	Полки; восемь ящиков; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.04	800×382×1860	55	полка-15	Две двери, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.04 (мод.1)	800×382×2230	75	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две двери, полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.05	800×382×1860	44	полка-15	Две двери, полки; Две двери; полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.05 (мод.1)	800×382×2230	64	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две двери, полки; Две двери; полка; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.06	800×382×1860	40	полка-15	Четыре полки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.06 (мод.1)	800×382×2230	60	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Четыре полки; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.07	800×382×1860	75	горизонтальная перегородка-20; ящик-5	Две двери, полки; восемь ящиков; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.07 (мод.1)	800×382×2230	95	горизонтальная перегородка-20; ящик-5	Две двери, полки; восемь ящиков; антресоль две двери; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.08	800×382×1860	72	горизонтальная перегородка-20; ящик-5	Две двери, полки; восемь ящиков; устанавливается на регулируемые опоры

Конструктивные особенности, изображение					
Шкаф для медицинских изделий					
					
ШК.13.08 (мод.1)	ШК.13.14	ШК.13.14 (мод.1)	ШК.13.15	ШК.13.15 (мод.1)	ШК.13.16
					
ШК.13.16 (мод.1)	ШК.13.18	ШК.13.18 (мод.1)	ШК.13.19	ШК.13.19 (мод.1)	
					
ШК.14.00	ШК.14.00 (мод.1)	ШК.14.01	ШК.14.01 (мод.1)	ШК.14.02	ШК.14.02 (мод.1)

Конструктивные особенности, изображение					
Шкаф для медицинских изделий					
					
ШК.12.06	ШК.13.00	ШК.13.00 (мод.1)	ШК.13.01	ШК.13.01 (мод.1)	ШК.13.02
					
ШК.13.02 (мод.1)	ШК.13.03	ШК.13.03 (мод.1)	ШК.13.04	ШК.13.04 (мод.1)	ШК.13.05
					
ШК.13.05 (мод.1)	ШК.13.06	ШК.13.06 (мод.1)	ШК.13.07	ШК.13.07 (мод.1)	ШК.13.08

Наименование, исполнение	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг	Конструктивные особенности
ШК.13.08 (мод.1)	800×382×2230	92	горизонтальная перегородка-20; ящик-5	Две дверки, полки; восемь ящиков; антресоль две дверки устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.14	800×382×1860	52	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.14 (мод.1)	800×382×2230	72	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.15	800×382×1860	45	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.15 (мод.1)	800×382×2230	65	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.16	800×382×1860	42	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.16 (мод.1)	800×382×2230	62	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.18	800×382×1860	72	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Две дверки, полки; два ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.18 (мод.1)	800×382×2230	92	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Две дверки, полки; два ящика; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.19	800×382×1860	70	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Две дверки, полки; два ящика; две дверки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.13.19 (мод.1)	800×382×2230	90	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Две дверки, полки; два ящика; две дверки; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.00	400×382×1860	32	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Полки; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.00 (мод.1)	400×382×2230	43	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Полки; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.01	400×382×1860	30	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полки; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.01 (мод.1)	400×382×2230	41	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полки; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.02	400×382×1860	35	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полки; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры






Наименование, исполнение	Габаритные размеры Ш×Г×В, мм	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг	Конструктивные особенности
ШК.14.02 (мод.1)	400×382×2230	46	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полки; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.03	400×382×1860	41	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Полки; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.03 (мод.1)	400×382×2230	52	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Полки; четыре ящика; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.04	400×382×1860	37	полка-15	Дверка, полки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.04 (мод.1)	400×382×2230	48	полка-15	Дверка, полки; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.05	400×382×1860	36	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полки; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.05 (мод.1)	400×382×2230	47	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полки; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.06	400×382×1860	29	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Четыре полки; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.06 (мод.1)	400×382×2230	40	полка-15	Четыре полки; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.07	400×382×1860	46	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.07 (мод.1)	400×382×2230	57	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; четыре ящика; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.08	400×382×1860	43	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.08 (мод.1)	400×382×2230	54	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; четыре ящика; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.14	400×382×1860	33	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полка; ниша; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.14 (мод.1)	400×382×2230	44	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полка; ниша; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.15	400×382×1860	32	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полка; ниша; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.15 (мод.1)	400×382×2230	44	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полка; ниша; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры

Наименование, исполнение	Габаритные размеры Ш×Г×В, мм	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг	Конструктивные особенности
ШК.14.16	400×382×1860	37	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полка; ниша; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.16 (мод.1)	400×382×2230	48	горизонтальная перегородка-20; полка-15	Дверка, полка; ниша; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.18	400×382×1860	42	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; ящик; ящик; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.18 (мод.1)	400×382×2230	53	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; ящик; ящик; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры
ШК.14.19	400×382×1860	41	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; ящик; дверка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры.
ШК.14.19 (мод.1)	400×382×2230	52	горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5	Дверка, полки; ящик; дверка; устанавливается на регулируемые опоры.

4.2 Изделия установлены на опоры, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

4.3 Общие виды изделий показаны в таблице 4.

Таблица 4.

Конструктивные особенности, изображение					
Шкаф для медицинских изделий					
					
ШК.12.00	ШК.12.01	ШК.12.02	ШК.12.03	ШК.12.04	ШК.12.05